

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

检测报告

报告编号: JC-HJS260054-46

委托单位: 深圳市粤建检测技术有限公司
深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区

委托地址: 36 号 4 栋 201

受检单位: 兴英数位科技(深圳)有限公司

检测类别: 送样检测

检测类型: 废水

报告日期: 2026-06-22

刘淑玲

编制: 刘淑玲

曾翠凤

复核: 曾翠凤

陈亮明

签发: 陈亮明

广东天鉴检测技术服务股份有限公司



地址: 深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋 7 楼
电话: (86-755) 3323 9933 传真: (86-755) 2672 7113
热线: 400-6898-200 网址: www.skyte.com.cn

声 明

1. 本公司保证检测结果的公正性、独立性、准确性和科学性，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 报告无授权签字人签名，或涂改，或未盖本公司报告章及骑缝章均无效。
4. 本报告检测结果仅对来样负责。
5. 对本报告若有疑问，请向本公司质量管理部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司质量管理部提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检。
6. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“Z”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。
7. 本检测报告未经本公司许可不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本检测报告。
9. 实验室地址：深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 栋 7 楼。

检测报告

报告编号: JC-HJS260054-46

一、检测基本信息

接样日期: 2026-06-09

样品检测周期: 2026-06-09 至 2026-06-13

检测类型、样品名称、样品状态描述、样品来源:

检测类型	样品名称	样品状态描述	样品来源
废水	FS260604-DW001-01	液态、完好	客户送样
	FS260604-DW001-02		
	FS260604-DW001-03		

检测人员: 钟创文、莫凌随、陈岱莉

审/校核人员: 张萍萍、钟创文

二、检测结果

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	参考排放限值*	计量单位
FS260604-DW001-01	HJS260054-46-1	总有机碳	21.6	200	mg/L
FS260604-DW001-02	HJS260054-46-2	总有机碳	22.7	200	mg/L
FS260604-DW001-03	HJS260054-46-3	总有机碳	21.8	200	mg/L

注:

- (1) “*” 表示排放限值由委托单位提供;
- (2) 本报告中样品、受检单位均由委托单位提供。

三、检测方法、分析仪器及检出限

检测类型	检测项目	检测标准(方法)及编号(含年号)	分析仪器型号	分析仪器设备编号	检出限	计量单位
废水	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	总有机碳分析仪 (TOC-L CPH)	TJSZ-C310	0.1	mg/L



检测报告

报告编号: JC-HJS260054-46

四、实验室分析质量控制

4.1 空白样测定结果

检测项目	样品个数 (个)	实验室空白样个数 (个)	实验室空白样 比例 (%)	实验室空白值结果 (mg/L)	空白要求 (mg/L)
总有机碳	3	1	33	0.1087	0.5

4.2 实验室平行样测定结果

检测项目	样品个数 (个)	实验室平 行样个数	实验室平 行样比例 (%)	样品编号	测试浓度 1	测试浓度 2	计量 单位	相对偏差 (%)	相对偏 差要求 (%)
总有机碳	3	1	33	HJS260054-46-1	21.6	21.6	mg/L	0	≤15

—— 报告结束 ——

